

Wrocław 02.03.2026

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 32c ust 2 ustawy Prawo Atomowe informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nazwa jednostki: Rehasport Clinic Sp. z o.o.

Lokalizacja: ul. Górecka 30 60-201 Poznań

www.rehasport.pl

email: wroclaw@rehasport.pl

Data przygotowania: 02.03.2026 r.

Wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, zgodnie z zezwoleniami wydanymi przez Dolnośląski Państwowy Wojewódzkie Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

- Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące zgodnie z decyzją nr 574/25 z dnia 01.08.2025 roku dla aparatu ogólnodiagnostycznego:

Model: uDR 596i

Numer fabryczny aparatu: 272461

Rok produkcji: 2024

Nazwa wytwórcy: United Imaging Healthcare

Nazwa pracowni: : Rehasport Clinic Sp. z o.o.

Lokalizacja: ul. Rakietowa 38, 54-615 Wrocław

- Zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego i uruchomienia medycznej pracowni rentgenowskiej-ogólnodiagnostycznej w Rehasport Clinic Rakietowa 38, 54-615 Wrocław. Decyzja nr 575/2025 z dnia 01.08.2025 roku.

Rodzaj działalności: Placówka prowadzi działalność medyczną polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (aparat RTG) w celach diagnostyki radiologicznej.

Zatrudnienie w narażeniu: W placówce zatrudnionych jest **7 osób** w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (kategoria B).



Wpływ na zdrowie ludzi:

- Prowadzona kontrola dawek indywidualnych oraz pomiary dozymetryczne w otoczeniu aparatów RTG wykazują, że dawki graniczne dla pracowników (20 mSv/rok) oraz dla osób z ogółu ludności (1 mSv/rok) **nie zostały przekroczone**. Wszystkie badania są wykonywane przy zachowaniu zasady optymalizacji (ALARA), co oznacza, że dawki są utrzymywane na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie.

Wpływ na środowisko:

- Działalność nie wiąże się z uwalnianiem substancji promieniotwórczych do środowiska.
- Pomiary osłonności ścian i stropów potwierdzają pełne bezpieczeństwo osób przebywających w sąsiedztwie pracowni.

Sytuacje awaryjne:

W minionym roku sprawozdawczym 2025 nie odnotowano żadnych sytuacji awaryjnych ani zdarzeń radiacyjnych.

Wniosek: Działalność prowadzona przez Rehasport Clinic we Wrocławiu jest bezpieczna dla pacjentów, personelu oraz otoczenia i nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.